

WARNING



注意事項

為了確保甲醛測量精準

- ① 首次使用檢測儀之前，請將之放置於陰涼環境通風達八小時後再進行使用
- ② 收納時請遠離酒精、香水、油煙等高濃度污染環境
- ③ 若長時間未使用或接觸高濃度污染氣體，甲醛值可能有飄移現象，請再將檢測儀放置於陰涼環境通風達八小時後再進行使用
- ④ 如長時間不使用檢測儀，請將之收納於乾燥且通風之環境

WARNING

量測說明

- 1 甲醛感測器採用的是電化學原理，它是在基材膜片上燒結化學圖層，與空氣中的甲醛發生化學反應，產生非常微弱的nA* 級電流，再通過高精度放大晶片採集信號。 *納安(培) = 10^{-6} mA
- 2 由於基本原理是化學反應，因此會受到甲醛之外的其它一些干擾氣體的影響，如醇類、烴類、一氧化碳等氣體，在生活中常見的如包含乙醇的酒精、香水，包含一氧化碳的香煙，炒菜時的油煙等，都可能對感測器產生非常大的干擾。
- 3 為了獲得準確的測量結果，在使用過程中，請避免人為活動的干擾，如炒菜，吸煙，喝酒等環境下測量。等待室內無人為干擾時，關閉門窗 2 小時左右，然後進行測量，資料會更加準確。
- 4 如果您從事甲醛治理工作，在治理過程中千萬不要把檢測儀帶入治理環境，高濃度的化學氣體會嚴重損傷感測器，導致感測器中毒，甚至永久損壞。
- 5 也請不要用香煙、酒精、福馬林溶液直接測試機器。如果感測器出現了中毒，請儘快將機器放置在陰涼通風的環境中，保持開機狀態，放置 6 — 8 小時。如果仍然不能恢復，請及時聯繫我們的客服。
- 6 在產品包裝中存在微量的化學氣體，第一次使用時，請您將機器放置在陰涼通風的環境開機 8 小時左右，可以有效釋放化學塗層表面的附著電荷，注意！是開機狀態噢。
- 7 如果長時間沒有使用，可以拿到室外清潔的空氣中，開機放置 2 個小時後，對感測器進行校準，感測元件就會恢復如初了。
- 8 甲醛的釋放週期可長達 10 — 15 年，釋放濃度受溫度、濕度影響極大，尤其是冬季封閉空間，採用地暖木地板的環境，甲醛很有可能再次超標呢，請記得週期性測量以保護好家人。

Measurement Instructions